

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



MINISTRY OF INDUSTRY AND  
TRADE OF RUSSIAN FEDERATION

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО  
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ  
И МЕТРОЛОГИИ  
(Росстандарт)

FEDERAL AGENCY  
ON TECHNICAL REGULATING  
AND METROLOGY  
(Rosstandart)

Пресненская набережная, 10, стр. 2, Москва,  
123112

Presnenskaya embankment, 10-2, Moscow,  
Russia, 123112

<http://www.rst.gov.ru>

Tel: +7 (495) 547-51-51

Fax: +7 (495) 547-51-60

18.04.2022 № ЕП-5001/05

В.Н.Черняку

Ответственному секретарю МГС,  
Директору Бюро по стандартам МГС

Уважаемый Владимир Николаевич!

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), в соответствии с пунктом 5.3. протокола 54-го заседания Научно-технической комиссии по метрологии Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации, по результатам проведения работ по подготовке проекта изменений в ПМГ 06-2019 «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений» совместно с РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» направляет проект актуализированного документа с пояснительной запиской.

Вместе с тем Росстандарт предлагает в рамках предстоящего заседания Рабочей группы по основополагающим документам в области метрологии Научно-технической комиссии по метрологии рассмотреть вопрос целесообразности предоставления в национальный орган государства-участника Соглашения, в случае признания результатов первичной поверки, документов, указанных в пункте 2.13 ПМГ 06-2019, при наличии возможности проверки результатов первичной поверки посредством электронных информационных баз.

Приложение: на 33 л. в 1 экз.

*С уважением,*

Заместитель Руководителя

Е.Р.Лазаренко

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

ПРАВИЛА  
ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ  
СТАНДАРТИЗАЦИИ

**ПМГ**  
**06–**  
**2019**

---

# **ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА, ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКИ, МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2020

## Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

### Сведения о правилах

1 РАЗРАБОТАНЫ Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы (ФГУП «ВНИИМС»)

2 ВНЕСЕНЫ Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТЫ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 13 ноября 2019 г. № 56-2019)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития Украины


4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 4 февраля 2020 г. № 29-ст правила по межгосударственной стандартизации ПМГ 06–2019 введены в действие в качестве рекомендаций по стандартизации Российской Федерации с 31 декабря 2020 г. с правом досрочного применения с 1 июня 2020 г.

## 5 ВЗАМЕН ПМГ 06–2001

*Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящих правил и изменений к ним на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.*

*В случае пересмотра, изменения или отмены настоящих правил соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»*

© Стандартиформ, оформление, 2020



В Российской Федерации настоящие правила не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

---

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(EASCC)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(EASC)

---



П РА В И Л А П О  
М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  
С Т А Н Д А Р Т И З А Ц И И

ПМГ06–  
2019

---

**ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ИСПЫТАНИЙ И УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА,  
ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКИ,  
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ  
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**

Издание официальное

Минск  
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

## Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

### Сведения о правилах

1 РАЗРАБОТАНЫ Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы (ФГУП «ВНИИМС»)

2 ВНЕСЕНЫ Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТЫ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 201 г. № )

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития Украины

### 4 ВЗАМЕН ПМГ 06–2001

*Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящих правил и изменений к ним на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.*

*В случае пересмотра, изменения или отмены настоящих правил соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»*

Исключительное право официального опубликования настоящих правил на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

# ПРАВИЛА ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

---

## ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА, ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКИ, МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Procedure for recognition of test results and type approval, initial verification, metrological  
certification of measuring instruments

---

**Дата введения – 2020–12–31**  
с правом досрочного применения  
с 1 июня 2020 г.

### 1 Область применения

Настоящие правила разработаны в развитие Соглашения о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений (далее – Соглашение) [1].

Настоящие правила устанавливают порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации средств измерений (СИ), производимых в государствах – участниках Соглашения, а также первичной поверки средств измерений, проводимой в государствах – участниках Соглашения.

### 2 Основные положения

2.1 Признание результатов испытаний и утверждения типа СИ, а также их первичной поверки осуществляется применительно к средствам измерений, произведенным на территориях государств – участников Соглашения.

2.2 Признание результатов испытаний и утверждения типа СИ, их первичной поверки осуществляет уполномоченный орган по метрологии (обеспечению единства измерений) государства – участника Соглашения (далее – национальный орган).

Признание метрологической аттестации СИ осуществляется национальными органами в том случае, если законодательством в области обеспечения единства измерений государства – участника Соглашения предусмотрена данная метрологическая процедура.

2.3 Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), являющееся(ийся) изготовителем утвержденного типа средства измерений (далее – заявитель), заинтересованное(ый) в признании утверждения типа выпускаемого им СИ и его первичной поверки на территории государства – участника Соглашения, представляет в национальный орган этого государства – участника Соглашения:

- заявку на признание утверждения типа и первичной поверки СИ, включающую гарантийные обязательства об оплате расходов, связанных с проведением работ по экспертизе (форму заявки см. приложение А), а также сведения о прослеживаемости СИ к национальному первичному эталону (форму справки см. приложение Б);

- копию свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ с приложением описания типа СИ (для национального реестра СИ), выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого заявитель осуществляет выпуск из производства СИ утвержденного типа;

- копии эксплуатационных документов, входящие в комплектность СИ (согласно описанию типа СИ), и методики поверки;

- копию программы испытаний;

- копии протоколов испытаний (отчета об испытаниях);

- сведения об организации, осуществляющей сервисное/гарантийное обслуживание или ремонт на территории государства-члена, осуществляющего признание (предоставляются при наличии).

В случае признания результата первичной поверки юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) представляет в национальный орган государства – участника Соглашения:

- копию свидетельства (аттестата) о поверке (об оценке соответствия) эталона, выданного в соответствии с национальным законодательством государства – участника Соглашения;

- форму знака поверки (свидетельства о поверке);

- копию аттестата аккредитации (сведения об аккредитации) поверочной лаборатории;

- выписку из области аккредитации поверочной лаборатории.

Представляемые документы должны быть заверены печатью заявителя.

В случаях, когда свидетельство (сертификат) об утверждении типа СИ продлено национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого



осуществляется выпуск из производства СИ дополнительно предоставляются документы:

- копия акта испытаний (при проведении испытаний на соответствие утвержденному типу) в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений;
- копия программы испытаний [в тех случаях, если в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений решение о продлении срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ принимают на основании результатов испытаний];
- копии протоколов испытаний (отчета об испытаниях) [в тех случаях, если в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений решение о продлении срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений принимается на основании результатов испытаний].

Если в конструкцию, технические и метрологические характеристики СИ не вносились изменения, взамен копии акта испытаний допускается предоставлять копию заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации, выданного в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений.

2.4 Национальный орган в срок, не превышающий десяти календарных дней с даты получения указанных в пункте 2.3 документов, организует проверку соблюдения следующих условий Соглашения:

- испытания СИ проведены имеющей полномочия в соответствии с национальным законодательством испытательной лабораторией (центром) государства – участника Соглашения;
- испытательная лаборатория (центр) имеет подтверждение прослеживаемости СИ к национальным эталонам в соответствии с требованиями Международной организации законодательной метрологии, Международного комитета по мерам и весам;
- утверждение типа СИ осуществлено уполномоченным органом по метрологии (обеспечению единства измерений) государства – участника Соглашения в соответствии с национальным законодательством;
- информация об утвержденном типе СИ размещена на официальном интернет-сайте уполномоченного органа по метрологии государства – участника Соглашения;
- поверка СИ, результаты которой требуется признать, осуществлена поверочной лабораторией государства – участника Соглашения, имеющей

полномочия в соответствии с национальным законодательством на проведение поверки в объеме операций, предусмотренных методикой поверки для СИ утвержденного типа.

В случае невыполнения перечисленных условий национальный орган в письменной форме извещает заявителя об отказе в признании. Представленные документы не возвращаются.

2.5 При выполнении условий, предусмотренных пунктом 2.4, национальный орган организует проведение метрологической экспертизы в одном из национальных метрологических институтов или организаций, выполняющих функцию метрологических институтов государства – участника Соглашения.

2.6 Национальный метрологический институт или организация, выполняющие функцию метрологического института (далее – исполнитель), в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения поручения от национального органа, направляет заявителю договор на возмещение расходов, связанных с проведением метрологической экспертизы.

Стоимость работ по метрологической экспертизе не должна превышать стоимости, рекомендованной Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации, с учетом требований национального законодательства в области обеспечения единства измерений государств – участников Соглашения. Оплата этих работ осуществляется один раз. За проведение повторной экспертизы плата не взимается в том случае, если доработанные материалы представлены в срок не позднее трех месяцев с даты получения заявителем заключения метрологической экспертизы.

2.7 Исполнитель в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления оплаты и комплекта документов согласно пункту 2.3 от заявителя, проводит метрологическую экспертизу результатов испытаний СИ утвержденного типа, получающих признание.

При подготовке заключения исполнитель проверяет соблюдение следующих условий:

- испытания проведены испытательной лабораторией (центром) в соответствии с требованиями распространяющихся на них нормативных документов;
- обеспечена метрологическая прослеживаемость эталонов, используемых при проведении испытаний и первичной поверки;
- исследования СИ проведены в объеме, предусмотренном программой испытаний, и подтверждены соответствующими протоколами;

- СИ соответствует обязательным техническим и метрологическим требованиям, предъявляемым к нему национальным законодательством в области обеспечения единства измерений государства – участника Соглашения, признающего результаты испытаний (при их наличии);

- возможность выполнения операций поверки, предусмотренных методикой поверки СИ, эталонами, зарегистрированными в установленном порядке национальным органом, признающим первичную поверку СИ.

Исполнитель направляет в национальный орган и заявителю заключение о результатах метрологической экспертизы с рекомендацией о признании (непризнании) результатов утверждения типа и первичной поверки СИ.

2.8 Национальный орган на основании результатов метрологической экспертизы в срок, не превышающий десяти рабочих дней, принимает решение о признании утверждения типа и первичной поверки СИ.

Межповерочный интервал средств измерений устанавливается в соответствии с национальным законодательством государства – участника Соглашения, признающего результаты испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, первичной поверки СИ.

В обоснованных случаях национальный орган может принять решение о признании утверждения типа без признания первичной поверки (например, если проведение поверки возможно только после сборки или монтажа СИ на месте эксплуатации).

Национальный орган направляет соответствующее уведомление заявителю и размещает сведения о признании утверждения типа СИ и первичной поверки в информационном фонде в области обеспечения единства измерений.

~~В обоснованных случаях национальный орган может принять решение об отказе в признании утверждения типа и первичной поверки или первичной поверки. В этом случае национальный орган направляет соответствующее уведомление заявителю с указанием причины отказа в признании. Представленные документы не возвращаются.~~

Национальный орган может принять решение об отказе в признании утверждения типа и первичной поверки или первичной поверки, в следующих случаях:

- при несоответствии представленного комплекта документов пункту 2.3;
- при установлении недостоверности документов, представленных заявителем, и (или) данных (сведений), содержащихся в них.

Решение о признании утверждения типа и первичной поверки СИ выдается национальным органом на период срока действия свидетельства (сертификата)

об утверждении типа СИ, выданного заявителю национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого заявитель осуществляет выпуск из производства СИ утвержденного типа и организует их первичную поверку.

2.9 Заявитель, получивший признание утверждения типа и первичной поверки СИ, в период срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа обязан информировать национальный орган государства – участника Соглашения, признавшего утверждение типа и первичную поверку СИ, в следующих случаях:

- внесения изменений в описание типа СИ (для национального реестра СИ),
- внесения изменений в методику поверки;
- изменения межповерочного интервала;
- изменения наименования изготовителя или его формы собственности;
- изменения сведений о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку.

2.10 В случае внесения изменений в описание типа СИ (для национального реестра СИ) заявитель направляет в национальный орган, признавший утверждение типа и первичную поверку изготавливаемого им СИ, следующие документы:

- заявку на внесение изменений в описание типа, включающую гарантийные обязательства об оплате расходов, связанных с проведением работ по метрологической экспертизе (форма приведена в приложении В);
- копию свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ с приложением описания типа СИ (для национального реестра СИ) с внесенными изменениями, выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого заявитель осуществляет выпуск из производства СИ утвержденного типа;
- копию акта испытаний на соответствие утвержденному типу (копию акта испытаний с целью внесения изменений, влияющих на метрологические характеристики СИ) или копию заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации, оформленные в соответствии с национальным законодательством;
- копии эксплуатационных документов, входящие в комплектность СИ (согласно описанию типа СИ), заверенные заявителем, и методики поверки (в том случае, если в них внесены изменения);
- копию программы испытаний (при необходимости, если внесение изменений осуществлялось на основании результатов испытаний).

Работы по внесению изменений в описание типа СИ (для национального реестра СИ) проводят в соответствии с положениями 2.5–2.7.

2.11 В случае внесения изменений в методику поверки, и (или) изменения межповерочного интервала, и (или) поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку, заявитель через национальный орган государства – участника Соглашения, на территории которого заявитель осуществляет выпуск из производства СИ утвержденного типа, направляет в национальный орган, признавший утверждение типа и первичную поверку изготавливаемого им СИ, копию решения национального органа о внесении изменений в методику поверки и (или) об изменении интервала между поверками, а также копию методики поверки, справку согласно приложению Б с прилагаемыми к ней документами. Формы заявок приведены в приложениях Г–Е.

Национальный орган в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты получения заявки от национального органа государства – участника Соглашения, на территории которого заявитель осуществляет выпуск из производства СИ утвержденного типа, принимает решение о внесении изменений в методику поверки, и (или) изменении интервала между поверками, и (или) внесении изменений в сведения о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку, размещает сведения в информационном фонде в области обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление в национальный орган государства – участника Соглашения, на территории которого заявитель осуществляет выпуск из производства СИ утвержденного типа, и заявителю.

Взимание платы, связанной с процедурой внесения изменений в методику поверки и (или) изменения интервала между поверками и (или) изменения сведений о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку, не предусмотрено.

2.12 В случае изменения наименования изготовителя или его формы собственности заявитель направляет в национальный орган, признавший утверждение типа и первичную поверку изготавливаемого им СИ, копию свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ с приложением описания типа СИ (для национального реестра СИ), выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого заявитель осуществляет выпуск из производства СИ утвержденного типа. Форма заявки приведена в приложении Ж.

Национальный орган в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты получения заявки, принимает решение о внесении изменений в ранее принятое решение о признании утверждения типа и первичной поверки СИ, размещает сведения в информационном фонде в области обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление заявителю.

Взимание платы, связанной с процедурой изменения наименования изготовителя или его формы собственности, не предусмотрено.

2.13 По окончании срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ признание утверждения типа и первичной поверки СИ может быть продлено национальным органом на последующий срок действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ.

Для продления признания утверждения типа и первичной поверки СИ заявитель представляет в национальный орган, признавший утверждение типа и первичную поверку изготавливаемого им СИ, следующие документы:

- заявку на продление признания утверждения типа и первичной поверки СИ (форма приведена в приложении И);
- копию свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ с приложением описания типа СИ (для национального реестра СИ), выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого заявитель осуществляет выпуск из производства СИ утвержденного типа, выданного по результатам продления;
- копию акта испытаний (при проведении испытаний на соответствие утвержденному типу) в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений;
- копию программы испытаний в тех случаях, если в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений решение о продлении срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ принимают на основании результатов испытаний;
- копии протоколов испытаний (отчета об испытаниях) в тех случаях, если в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений решение о продлении срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений принимается на основании результатов испытаний.

Если в конструкцию, технические и метрологические характеристики СИ не вносились изменения, взамен копии акта испытаний допускается предоставлять копию заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или технологической) документации, выданного в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений.

Изменение конструкции СИ, влияющее на его технические и метрологические характеристики, приравнивается к разработке нового типа СИ, а признание результатов утверждение типа осуществляется в соответствии с 2.3–2.8.

~~Национальный орган в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты получения заявки, принимает решение о продлении признания утверждения типа и первичной поверки СИ, размещает сведения в информационном фонде в области обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление заявителю.~~

Национальный орган в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты получения заявки, организует (в случае внесения изменений в описание типа в части метрологических и (или) технических характеристик средства измерений и на безвозмездной основе) проведение метрологической экспертизы представленных документов, и принимает решение о продлении признания утверждения типа и первичной поверки СИ, размещает сведения в информационном фонде в области обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление заявителю.

~~В обоснованных случаях национальный орган может принять решение об отказе в продлении признания утверждения типа и (или) первичной поверки или принять решение о признании продления утверждения типа без признания продления первичной поверки.~~

Национальный орган может принять решение об отказе в продлении признания утверждения типа и (или) первичной поверки или принять решение о признании продления утверждения типа без признания продления первичной поверки:

- при несоответствии представленного комплекта документов на продление признания настоящему пункту;
- при установлении недостоверности документов, представленных заявителем, и (или) данных (сведений), содержащихся в них.

В случае признания результата первичной поверки юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) представляет в национальный орган государства - участника Соглашения:

- копию свидетельства (аттестата) о поверке (об оценке соответствия) эталона, выданного в соответствии с национальным законодательством государства - участника Соглашения;
- форму знака поверки (свидетельства о поверке);
- копию аттестата аккредитации (сведения об аккредитации) поверочной лаборатории;

- выписку из области аккредитации поверочной лаборатории.

Представляемые документы должны быть заверены печатью заявителя.

2.14 Заявитель, заинтересованный в признании метрологической аттестации СИ, представляет в национальный орган государства – участника Соглашения:

- заявку на признание метрологической аттестации СИ (форма приведена в приложении К);

- копию свидетельства (сертификат) о метрологической аттестации с приложением протокола метрологической аттестации СИ;

- копии программы метрологической аттестации и методики поверки, утвержденной в соответствии с национальным законодательством;

- копию документа, подтверждающего полномочия лаборатории (центра) в соответствии с национальным законодательством государства – участника Соглашения.

Национальный орган в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты получения заявки, принимает решение о признании (непризнании) метрологической аттестации и направляет соответствующее уведомление заявителю.

В случае признания метрологической аттестации в подлиннике свидетельства (сертификата) ставится штамп регистрации национального реестра СИ.

2.15 Национальный орган ежегодно, в срок не позднее окончания первого квартала, направляет в национальный орган государства – участника Соглашения и в Бюро по стандартам Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации сведения о СИ, в отношении которых приняты решения о признании утверждения типа и первичной поверки.



## Приложение А (обязательное)

### Форма заявки на признание утверждения типа и первичной поверки средства измерений

Бланк письма заявителя  
(исх. № заявки, дата)

\_\_\_\_\_  
наименование национального органа

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
Фамилия Имя отчество  
(при наличии)

Прошу Вас рассмотреть вопрос о признании утверждения типа и первичной поверки

\_\_\_\_\_  
полное наименование и обозначение средства измерений

Приложения:

а) копия свидетельства (сертификата) об утверждении типа средства измерений с приложением описания типа средства измерений (для национального реестра средств измерений), выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого заявитель осуществляет выпуск из производства средства измерений утвержденного типа;

б) копия эксплуатационных документов, входящих в комплектность средства измерений (согласно описанию типа средства измерений), и методики поверки;

в) копия программы испытаний;

г) копии протоколов испытаний (отчета об испытаниях);

д) справка о прослеживаемости средства измерений к национальному первичному эталону;

е) копия свидетельства (аттестата) о поверке (об оценке соответствия) эталона, выданного в соответствии с национальным законодательством государства – участника Соглашения;

ж) форма знака поверки (свидетельства о поверке);

и) копия аттестата аккредитации поверочной лаборатории;

к) выписка из области аккредитации поверочной лаборатории.

Заявитель [для юридического лица – полное и сокращенное наименование, место нахождения, банковские реквизиты; для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (в случае отсутствия – место пребывания), банковские реквизиты].

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

**Приложение Б  
(обязательное)**

**Форма справки о прослеживаемости средства измерений к национальному  
первичному эталону**

Бланк поверочной лаборатории (юридического лица или индивидуального  
предпринимателя), аккредитованной на проведение поверки средств измерений  
(исх. № справки, дата)

По месту требования

Сообщаю, что первичная поверка при выпуске из производства

\_\_\_\_\_  
полное наименование и обозначение средства измерений

изготавливаемых

\_\_\_\_\_  
наименование изготовителя средства измерений

осуществляется с применением средств(а) поверки

\_\_\_\_\_  
наименования и обозначения средств(а) поверки

прослеживаемых к национальному(ым) первичному(ым) эталону(ам):

\_\_\_\_\_  
регистрационный номер и наименование эталона

Приложения:

а) копия свидетельства (аттестата) о поверке (об оценке соответствия) эталона,  
выданного в соответствии с национальным законодательством государства – участника  
Соглашения;

б) форма знака поверки (свидетельства о поверке);

в) копия аттестата аккредитации поверочной лаборатории;

г) выписка из области аккредитации поверочной лаборатории.

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

## Приложение В (обязательное)

### Форма заявки на внесение изменений в описание типа средства измерений

Бланк письма заявителя  
(исх. № заявки, дата)

\_\_\_\_\_  
наименование национального органа

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
Фамилия имя отчество  
(при наличии)

Прошу Вас рассмотреть вопрос о внесении изменений в описание типа средства измерений

\_\_\_\_\_  
полное наименование и обозначение средства измерений

Приложения:

а) копия свидетельства (сертификата) об утверждении типа средства измерений с приложением описания типа средства измерений (для национального реестра средств измерений) с внесенными изменениями, выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого заявитель осуществляет выпуск из производства средства измерений утвержденного типа;

б) копия акта испытаний на соответствие утвержденному типу (копия акта испытаний с целью внесения изменений, влияющих на метрологические характеристики средства измерений) или копия заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации, оформленные в соответствии с национальным законодательством;

в) копии эксплуатационных документов, входящих в комплектность средства измерений (согласно описанию типа средства измерений), заверенные заявителем, и методики поверки (при необходимости, если в них внесены изменения);

г) копия программы испытаний (при необходимости, если внесение изменений осуществлялось на основании испытаний);

д) копия протоколов испытаний (отчета об испытаниях) (при необходимости, если внесение изменений осуществлялось на основании испытаний).

Заявитель [для юридического лица – полное и сокращенное наименование, место нахождения, банковские реквизиты; для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (в случае отсутствия – место пребывания), банковские реквизиты].

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

**Приложение Г  
(обязательное)**

**Форма заявки на внесение изменений в методику поверки**

Бланк письма заявителя  
(исх. № заявки, дата)

\_\_\_\_\_  
наименование национального органа

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
Фамилия имя отчество  
(при наличии)

Прошу Вас рассмотреть вопрос о внесении изменений в методику поверки

\_\_\_\_\_  
полное наименование и обозначение средства измерений

Приложения:

- а) копия решения национального органа государства – участника Соглашения, на территории которого заявитель осуществляет выпуск из производства средства измерений утвержденного типа, о внесении изменений в методику поверки;
- б) копия методики поверки.

Заявитель [для юридического лица – полное и сокращенное наименование, место нахождения, для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (в случае отсутствия – место пребывания)].

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

**Приложение Д  
(обязательное)**

**Форма заявки на изменение межповерочного интервала**

Бланк письма заявителя  
(исх. № заявки, дата)

---

наименование национального органа

---

должность

---

Фамилия имя отчество  
(при наличии)

Прошу Вас рассмотреть вопрос об изменении межповерочного интервала

---

полное наименование и обозначение средства измерений

Приложения:

- а) копия решения национального органа государства – участника Соглашения, на территории которого заявитель осуществляет выпуск из производства средства измерений утвержденного типа, об изменении межповерочного интервала;
- б) копия методики поверки.

Заявитель [для юридического лица – полное и сокращенное наименование, место нахождения, для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (в случае отсутствия – место пребывания)].

---

должность

---

подпись

---

расшифровка подписи

**Приложение Е  
(обязательное)**

**Форма заявки на изменение сведений о поверочной лаборатории, проводящей  
первичную поверку**

Бланк письма заявителя  
(исх. № заявки, дата)

---

наименование национального органа

---

должность

---

Фамилия имя отчество  
(при наличии)

Прошу Вас рассмотреть вопрос об изменении сведений о поверочной лаборатории,  
проводящей первичную поверку

---

полное наименование и обозначение средства измерений

Приложение:

справка о прослеживаемости средства измерений к национальному первичному эталону  
поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку по форме, представленной  
в приложении Б.

Заявитель [для юридического лица – полное и сокращенное наименование, место  
нахождения, для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество  
(при наличии), адрес регистрации по месту жительства (в случае отсутствия – место  
пребывания)].

---

должность

---

подпись

---

расшифровка подписи

**Приложение Ж  
(обязательное)**

**Форма заявки на переоформление свидетельства (сертификата) об  
утверждении типа средств измерений**

Бланк письма заявителя  
(исх. № заявки, дата)

\_\_\_\_\_  
наименование национального органа

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
Фамилия имя отчество  
(при наличии)

Прошу Вас рассмотреть вопрос о переоформлении свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений в связи переименованием изготовителя

\_\_\_\_\_  
полное наименование и обозначение средства измерений

Приложение:

копия свидетельства (сертификата) об утверждении типа средства измерений с приложением описания типа средства измерений (для национального реестра средств измерений), выданного национальным органом государства – участника Соглашения.

Заявитель [для юридического лица – полное и сокращенное наименование, место нахождения, для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (в случае отсутствия – место пребывания)].

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

**Приложение И  
(обязательное)**

**Форма заявки на продление признания утверждения типа и первичной поверки  
средства измерений**

Бланк письма заявителя  
(исх. № заявки, дата)

\_\_\_\_\_  
наименование национального органа

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
Фамилия имя отчество  
(при наличии)

Прошу Вас рассмотреть вопрос о продлении признания утверждения типа и первичной поверки

\_\_\_\_\_  
полное наименование и обозначение средства измерений

Приложения:

а) копия свидетельства (сертификата) об утверждении типа средства измерений с приложением описания типа средства измерений (для национального реестра средств измерений), выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого заявитель осуществляет выпуск из производства средства измерений утвержденного типа;

б) копия акта испытаний (при проведении испытаний на соответствие утвержденному типу) или копия заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или технологической) документации, оформленные в соответствии с национальным законодательством;

в) копия программы испытаний (при проведении испытаний);

г) копии протоколов испытаний (отчета об испытаниях) (при проведении испытаний).

Заявитель ([для юридического лица – полное и сокращенное наименование, место нахождения, банковские реквизиты; для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (в случае отсутствия – место пребывания), банковские реквизиты].

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи



## Приложение К (обязательное)

### Форма заявки на признание метрологической аттестации средства измерений

Бланк письма заявителя  
(исх. № заявки, дата)

\_\_\_\_\_  
наименование национального органа

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
Фамилия имя отчество  
(при наличии)

Прошу Вас рассмотреть вопрос о признании метрологической аттестации средства измерений

\_\_\_\_\_  
полное наименование и обозначение средства измерений

Приложения:

- а) копия свидетельства (сертификата) о метрологической аттестации с приложением протокола метрологической аттестации средства измерений;
- б) копия программы метрологической аттестации и методики поверки, утвержденной в соответствии с национальным законодательством;
- в) копия документа, подтверждающего полномочия лаборатории (центра), в соответствии с национальным законодательством государства – участника Соглашения.

Заявитель [для юридического лица – полное и сокращенное наименование, место нахождения, банковские реквизиты; для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (в случае отсутствия – место пребывания), банковские реквизиты].

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

## Библиография

[1] Соглашение о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений (29 мая 2015 г., п. Бурабай)

---

УДК 389.14:006.354

МКС 17.020

Ключевые слова: признание результатов испытаний, утверждение типа, первичная поверка, метрологическая аттестация, средства измерений

---

Руководитель разработки, отв. исполнитель,  
начальник отдела ФГУП «ВНИИМС»

А.В. Заболотный

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту актуализированного документа ПМГ 06-2019

«Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений»

По результатам проведенных работ по подготовке проекта изменений в ПМГ 06-2019 «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений» совместно с РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» (далее - РГП «КазИнМетр»), в соответствии с пунктом 5.3 протокола 54-го заседания НТКМетр МГС, подготовлен проект актуализированного документа ПМГ 06-2019.

В проект актуализированного документа ПМГ 06-2019 вошли следующие изменения.

1. Пункт 2.3 в соответствии с предложением РГП «КазИнМетр» дополнен следующим абзацем:

«В случаях, когда свидетельство (сертификат) об утверждении типа СИ продлено национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ дополнительно предоставляются документы:

- копия акта испытаний (при проведении испытаний на соответствие утвержденному типу) в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений;

- копия программы испытаний [в тех случаях, если в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений решение о продлении срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ принимают на основании результатов испытаний];

- копии протоколов испытаний (отчета об испытаниях) [в тех случаях, если в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений решение о продлении срока действия

свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений принимается на основании результатов испытаний].

Если в конструкцию, технические и метрологические характеристики СИ не вносились изменения, взамен копии акта испытаний допускается предоставлять копию заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации, выданного в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений.».

Дополнение вносится в целях исключения случаев когда заявитель направляет документы по признанию продленного свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ, в то же время, СИ не внесено в национальный реестр СИ государства – участника Соглашения, признающего утверждения типа СИ, а свидетельство (сертификат) об утверждении типа СИ продлено на основании заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого осуществляется выпуск из производства СИ.

2. Пункт 2.13 в соответствии с предложением РГП «КазИнМетр» дополнен следующим абзацем:

«В случае признания результата первичной поверки юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) представляет в национальный орган государства - участника Соглашения:

- копию свидетельства (аттестата) о поверке (об оценке соответствия) эталона, выданного в соответствии с национальным законодательством государства - участника Соглашения;
- форму знака поверки (свидетельства о поверке);
- копию аттестата аккредитации (сведения об аккредитации) поверочной лаборатории;
- выписку из области аккредитации поверочной лаборатории.

Представляемые документы должны быть заверены печатью заявителя.».

Указанное дополнение вносится в целях исключения внесения в реестр СИ с неактуальными данными.

*Примечание:* с принятием новой редакции Правил ПМГ 06-2019 на экспертизу по продлению признания утверждения типа СИ согласно п. 2.13 предоставляются копии:

сертификата с приложением описания типа; акта испытаний, программы испытаний, протоколов испытаний (при проведении испытаний на соответствие утвержденному типу). Либо взамен копии акта испытаний допускается предоставлять копию заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации, если в конструкцию, технические и метрологические характеристики СИ не вносились изменения.

На практике же при признании выявляются факты изменения/смены поверочной лаборатории, о чем заявитель не уведомляет в предыдущий срок действия сертификата, либо отсутствия ранее признанной первичной поверки, в связи с истечением срока действия аккредитации поверочной лаборатории.

В связи с тем, что национальный орган, на территории которого заявитель осуществляет выпуск из производства СИ утвержденного типа не участвует в направлении заявок по признанию в государства - участники Соглашения, выявление таких фактов является затруднительным, или же вовсе невозможным, что влечет за собой внесение в реестр СИ с неактуальными данными.

3. Пункт 2.13 (предпоследний абзац) с учетом предложения РГП «КазИнМетр» изложен в следующей редакции:

«Национальный орган в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты получения заявки, организует (в случае внесения изменений в описание типа в части метрологических и (или) технических характеристик средства измерений и на безвозмездной основе) проведение метрологической экспертизы представленных документов, и принимает решение о продлении признания утверждения типа и первичной поверки СИ, размещает сведения в информационном фонде в области обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление заявителю.».

Предложение РГП «КазИнМетр» конкретизировано в части того, что метрологическая экспертиза организуется в случае внесения изменений в описание типа в части метрологических и (или) технических характеристик средства измерений, и при условии невзимания платы за ее проведение.

Данное изменение обосновывается тем, что заявки на продление признания зачастую поступают с имеющимися изменениями в методику поверки, описание типа СИ, внесенными в период действия предыдущего свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ, о которых ранее заявитель не уведомлял. Рассмотрение таких материалов требуют метрологической экспертизы, в том числе в соответствии с пунктом 2.10 ПМГ 06. В этой связи, предложена норма о возможности проведения такой экспертизы по усмотрению уполномоченного органа.

4. Пункт 2.8 (5 абзац, первое предложение) в соответствии с предложением РГП «КазИнМетр» изложен в следующей редакции:

«Национальный орган может принять решение об отказе в признании утверждения типа и первичной поверки или первичной поверки, в следующих случаях:

- при несоответствии представленного комплекта документов пункту 2.3;
- при установлении недостоверности документов, представленных заявителем, и (или) данных (сведений), содержащихся в них.».

Изменение вносится с целью конкретизации условий, при которых уполномоченным органом может быть принято решение об отказе в признании или продлении признания утверждения типа и (или) первичной поверки средств измерений.

5. Пункт 2.13 (последний абзац) в соответствии с предложением РГП «КазИнМетр» изложен в следующей редакции:

«Национальный орган может принять решение об отказе в продлении признания утверждения типа и (или) первичной поверки или принять решение

о признании продления утверждения типа без признания продления первичной поверки:

- при несоответствии представленного комплекта документов на продление признания настоящему пункту;
- при установлении недостоверности документов, представленных заявителем, и (или) данных (сведений), содержащихся в них.».

Изменение вносится с целью конкретизации условий, при которых уполномоченным органом может быть принято решение об отказе в признании или продлении признания утверждения типа и (или) первичной поверки средств измерений для исключения субъективной составляющей принимаемого решения.

6. Перечень предоставляемых заявителем документов п. 2.3 с учетом предложения РГП «КазИнМетр» изложен в следующей редакции:

«- сведения об организации, осуществляющей сервисное/гарантийное обслуживание или ремонт на территории государства-члена, осуществляющего признание (предоставляются при наличии).».

Предложение РГП «КазИнМетр» уточнено в части того, что соответствующие сведения предоставляются при наличии.

В соответствии с предложениями РГП «КазИнМетр» предлагалось регламентировать обязательства производителя СИ перед пользователями или обязательства по определению организации, осуществляющей работы по сервисному/гарантийному обслуживанию или ремонту на территории государства-члена, осуществляющего признание.

При этом данный вопрос выходит за рамки предмета регулирования ПМГ 06 и Соглашения 2015 г., в которых не предусмотрены такие процедуры, как сервисное или гарантийное обслуживание, а также ремонт СИ. Вопрос в таком ключе может быть рассмотрен в рамках национального законодательства или правового акта межгосударственного уровня.



В проект актуализированного документа ПМГ 06-2019 не вошли следующие изменения, предложенные РПГ «КазИнМетр»:

1. Первое перечисление 2 абзаца пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

«- копию свидетельства (аттестата) о поверке (калибровке, метрологической аттестации или других способов оценки соответствия) эталона, выданного в соответствии с национальным законодательством государства — участника Соглашения;

- документ, подтверждающий прослеживаемость эталона к национальному эталону государства-участника Соглашения (вариант после обсуждения)».

Данное предложение не было поддержано в связи с тем, что формулировка «об оценке соответствия» уже охватывает любые возможные способы оценки соответствия эталона, принятые в государстве.

2. Первое предложение п. 2.3 изложить в следующей редакции:

«Юридическое лицо и(индивидуальный предприниматель), являющееся(ийся) изготовителем утвержденного типа средства измерений (далее - заявитель) и/или уполномоченное изготовителем на территории государства-участника Соглашения, заинтересованное(ый) в признании утверждения типа выпускаемого им СИ и его первичной поверки на территории государства - участника Соглашения, представляет в национальный орган этого государства - участника Соглашения:».

Данное предложение не было поддержано в связи с тем, что предложенное обоснование изменений не отражает их суть. Возможность назначения уполномоченного изготовителем лица на территории государства-члена, осуществляющего признание, выходит за рамки предмета регулирования ПМГ 06 и может быть рассмотрено в рамках национального законодательства или правового акта межгосударственного уровня.