

Рассмотрение замечаний и предложений Госстандарта Республики Казахстан по проекту ПМГ 06-20XX
«Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки,
метрологической аттестации средств измерений»

№ п/п	Структурный элемент	Сокращенное наименование национального органа	Предложение, замечание	Рекомендация 22-го заседания РГ ОДМ НТКМетр
1.	Раздел 2	Госстандарт Республики Казахстан	Основные положения предлагаем разделить по подразделам, например: 2.1 Признание результатов испытаний и утверждения типа СИ и первичной поверки; 2.2 Внесение изменений в описание типа, изменение срока МПИ и т.п. 2.3 Продление сертификата об утверждении типа	Считать нецелесообразным
2.	Пункт 2.1	Госстандарт Республики Казахстан	Признание результатов испытаний и утверждения типа СИ, а также их первичной поверки и метрологической аттестации осуществляется применительно к средствам измерений, произведенным на территориях государств – участников Соглашения. (Процедура распространяется также и на метрологическую аттестацию СИ)	Согласиться с предложением Госстандарта Республики Казахстан.
3.	Пункт 2.3	Госстандарт Республики Казахстан	«Юридической лицо (индивидуальный предприниматель), являющееся(ийся) изготовителем утвержденного типа средства измерений (далее – заявитель),	Согласиться с предложением Госстандарта Республики Казахстан. Просить Госстандарт Республики Казахстан направить в Росстандарт и Бюро по стандартам

			<p>заинтересованное(ый) в признании утверждения типа выпускаемого им СИ и его первичной поверки на территории государства – участника Соглашения, представляет в национальный орган этого государства – участника Соглашения:». Из этого следует, что заявителем может быть только производитель СИ. Производитель СИ не всегда заинтересован в процедуре внесения в реестр другой страны по разным причинам (нет интереса, маленький оборот, нет времени, ресурсов и т.п.), такое ограничение может вызвать торможение в обмене и развитии торгово-коммерческого потенциала.</p> <p>В этой связи просим предусмотреть в качестве Заявителя не только производителя, но и любое заинтересованное лицо.</p>	до 16.06.2023 предложение с конкретной формулировкой.
4.	Пункт 2.3	Госстандарт Республики Казахстан	<p>Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), являющееся(ийся) изготовителем утвержденного типа средства измерений (далее – заявитель), заинтересованное(ый) в признании утверждения типа выпускаемого им СИ и его первичной поверки на территории государства – участника Соглашения, не менее чем за 3 месяца до истечения срока действия сертификата и оплаты</p>	Считать нецелесообразным

			по договору, представляет в национальный орган этого государства – участника Соглашения:	
5.	Пункт 2.3	Госстандарт Республики Казахстан	<p>Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), являющееся(ийся) изготовителем утвержденного типа средства измерений (далее – заявитель), заинтересованное(ый) в признании утверждения типа выпускаемого им СИ и его первичной поверки на территории государства – участника Соглашения, представляет в национальный орган этого государства – участника Соглашения:</p> <ul style="list-style-type: none"> -заявку на признание утверждения типа и первичной поверки СИ, включающую гарантийные обязательства об оплате расходов, связанных с проведением работ по экспертизе (форму заявки см. приложение А); -копию свидетельства (сертификата) об утверждении типа СИ с приложением описания типа СИ (для национального реестра СИ), выданного национальным органом государства – участника Соглашения, на территории которого заявитель осуществляет выпуск из производства СИ утвержденного типа; -копии эксплуатационных документов, входящие в 	Считать нецелесообразным

			<p>комплектность СИ (согласно описанию типа СИ), и методики поверки;</p> <p>-копию программы испытаний, включая документы, на которые приведены ссылки в разделе «Методы испытаний» программы испытаний;</p> <p>-копию акта испытаний;</p> <p>-копии протоколов испытаний (отчета об испытаниях);</p> <p>-сведения об организации, осуществляющей сервисное/гарантийное обслуживание или ремонт на территории государства-члена, осуществляющего признание с соответствующим письменным подтверждением от организации, находящейся на территории государства-члена, осуществляющего признание, в случае отсутствия, заявитель возлагает на себя все обязательства.</p>	
6.	В абзаце 2 пункт 2.3	Госстандарт Республики Казахстан	<p>Слово «расходов, связанных с проведением работ по экспертизе» заменить на «за проведение работ по экспертизе», так как по сути расходов нет, а имеются затраты времени на проведение экспертизы «человека-час»</p>	Считать нецелесообразным
7.	Последний абзац пункта 2.3	Госстандарт Республики Казахстан	<p>«Если в конструкцию, технические и метрологические характеристики СИ не вносились изменения, взамен копии акта испытаний допускается</p>	Считать нецелесообразным

			предоставлять копию заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации, выданного в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений» дополнить «или официальное письмо от производителя об отсутствии изменений метрологических характеристик или в конструкции СИ».	
8.	Пункт 2.7	Госстандарт Республики Казахстан	«все средства измерений, входящие в состав измерительных комплексов, измерительных установок, информационно-измерительных систем, должны проходить процедуру по утверждению типа или его признанию на территории государства – участника Соглашения и внесены в Государственный реестр средств измерений государства – участника Соглашения, признающего результаты испытаний» следует уточнить, т.к. если имеются в виду эталоны, то достаточно информации о прослеживаемости. Если речь о признаваемом СИ, то следует уточнить, что требование внесения в реестр составляющих распространяется на комплексы/системы/установки,	Просить национальные органы направить в Росстандарт и Бюро по стандартам до 16.06.2023 предложения с уточненной формулировкой.

			имеющие поэлементную поверку.	
9.	Перечисление 3 в п.2.10 и перечисление б) в Приложении В	Госстандарт Республики Казахстан	<p>«-копию акта испытаний на соответствие утвержденному типу (копию акта испытаний с целью внесения изменений, влияющих на метрологические характеристики СИ) или копию заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации, оформленные в соответствии с национальным законодательством;» противоречит информации, указанной в последнем абзаце п. 2.3 - «Если в конструкцию, технические и метрологические характеристики СИ не вносились изменения, взамен копии акта испытаний допускается предоставлять копию заключения метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации, выданного в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере обеспечения единства измерений».</p> <p>Т.е. речь идет об отсутствии любых изменений, не только «влияющих на МХ».</p>	Просить национальные органы представить (при наличии) в Росстандарт и Бюро по стандартам до 16.06.2023 конкретные примеры представления заключений метрологической экспертизы с противоречивыми выводами в части влияния на метрологические характеристики средств измерений.
10.	Первый абзац п.2.11	Госстандарт Республики Казахстан	<p>Исключить слова «через национальный орган государства – участника Соглашения, на территории которого заявитель осуществляет выпуск из производства СИ утвержденного типа»</p> <p>Добавить «Документы</p>	Считать нецелесообразным

			должны быть заверены печатью национального органа государства – участника Соглашения, на территории которого заявитель осуществляет выпуск из производства СИ утвержденного типа.»	
11.	Второй абзац п.2.11	Госстандарт Республики Казахстан	<p>Слова «от национального органа государства – участника Соглашения, на территории которого заявитель осуществляет выпуск из производства СИ утвержденного типа» заменить словами «от заявителя».</p> <p>Так как согласно п.2.9 ПМГ 06 «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений» обязательства об уведомлении национального органа государства – участника Соглашения, признавшего утверждение типа и первичную поверку СИ возложены на Заказчика и данная процедура в интересах Заказчика.</p>	Считать нецелесообразным
12.	Предпоследний абзац п.2.11	Госстандарт Республики Казахстан	Изложить в следующей редакции: «Национальный орган в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты получения заявки от национального органа государства – участника Соглашения, на территории которого заявитель осуществляет выпуск из производства СИ утвержденного типа, принимает	Просить национальные органы направить в Росстандарт и Бюро по стандартам до 16.06.2023 статистические данные за 2022 год о количестве проведенных работ по внесению изменений в методики проверок, с отдельным указанием работ, совмещенных с внесением изменений, влияющих на метрологические характеристики

			решение о внесении изменений интервала между поверками, и (или) внесении изменений в сведения о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку, размещает сведения в информационном фонде в области обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление в национальный орган государства – участника Соглашения, на территории которого заявитель осуществляет выпуск из производства СИ утвержденного типа, и заявителю.»	средств измерений, для рассмотрения на рабочем совещании.
13.	В последнем абзаце п.2.11	Госстандарт Республики Казахстан	разделить на 2 абзаца в следующей редакции «Работы по внесению изменений в методику поверки СИ проводят в соответствии с положениями пунктов 2.6-2.7» и «Взимание платы, связанной с процедурой внесения изменения интервала между поверками и (или) изменения сведений о поверочной лаборатории, проводящей первичную поверку, не предусмотрено.»	
14.	В приложении Д	Госстандарт Республики Казахстан	Предлагаем добавить необходимость предоставления документов на основании которых предлагается изменение МПИ	Принято. Приложения Г, Д откорректированы в связи с тем, что в п. 2.11 присутствуют соответствующие положения.
15.	Пункт 2.13	Госстандарт Республики Казахстан	- в абзаце «Национальный орган в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты получения заявки, организует проведение метрологической экспертизы	Считать нецелесообразным

			<p>представленных документов в соответствии с положениями пунктов 2.6–2.7, на основании результатов метрологической экспертизы в срок, не превышающий 10 календарных дней принимает решение о продлении признания утверждения типа и первичной поверки СИ, размещает сведения в информационном фонде в области обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление заявителю.» изложить в следующей редакции «Национальный орган организует проведение метрологической экспертизы представленных документов в соответствии с положениями пунктов 2.6–2.7, на основании результатов метрологической экспертизы в срок, не превышающий 10 календарных дней принимает решение о продлении признания утверждения типа и первичной поверки СИ, размещает сведения в информационном фонде в области обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление заявителю.»</p>	
--	--	--	---	--

16.	Пункт 2.13	Госстандарт Казахстан	Республики	- в абзаце «В случае признания результата первичной поверки юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) представляет в национальный орган государства - участника Соглашения» слово «признания» привести в следующей редакции «продления признания».	Принято. Внесены соответствующие корректировки, п. 2.13 изложен в редакции: «В случае продления признания результата первичной поверки юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) представляет в национальный орган государства - участника Соглашения:».
17.	Пункт 2.13	Госстандарт Казахстан	Республики	-в абзаце «В обоснованных случаях национальный орган может принять решение об отказе в продлении признания утверждения типа и (или) первичной поверки или принять решение о признании продления утверждения типа без признания продления первичной поверки» перенести после абзаца «Представляемые документы должны быть заверены печатью заявителя» (привести в конце пункта 2.13).	Принято. В п. 2.13 внесены соответствующие корректировки.
18.	Пункт 2.13	Госстандарт Казахстан	Республики	Аналогичные изменения. О результатах рассмотрения настоящего обращения просим сообщить письменно в установленные сроки	Замечание снято Госстандартом Республики Казахстан.