

№ 12/5063-И от 01.04.2024

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
САУДА ЖӘНЕ ИНТЕГРАЦИЯ МИНИСТРЛІГІ  
Техникалық реттеу және метрология комитетінің  
“Қазақстан стандарттау және  
метрология институты”  
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық  
мемлекеттік кәсіпорны



Республиканское государственное предприятие  
на праве хозяйственного ведения  
“Казахстанский институт  
стандартизации и метрологии”  
Комитета технического регулирования и метрологии  
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 11 үй  
тел.: 8 (7172) 27-08-01, 8 (7172) 28-29-99  
БСН 201040035452, www: ksm.kz, e-mail: info@ksm.kz

010000, Республика Казахстан, город Астана, проспект Мәңгілік Ел, 11  
тел.: 8 (7172) 27-08-01, 8 (7172) 28-29-99  
БИН 201040035452, www: ksm.kz, e-mail: info@ksm.kz

№ \_\_\_\_\_

**Бюро по стандартам  
Межгосударственного  
совета по стандартизации,  
метрологии и  
сертификации**  
220013, г. Минск, ул.  
Мележа, д.3, каб.801, а/я  
566  
[easc@easc.org.by](mailto:easc@easc.org.by)

*копия:* **Комитет технического  
регулирования и  
метрологии  
Министерства торговли  
и интеграции**

на исх.№ 04-08/221 от 15.02.2024 года

Настоящим, РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, рассмотрев ваше письмо, сообщает следующее.

1. По предложенным изменениям в пункт 2.3 Правил по межгосударственной стандартизации ПМГ 06-2019 «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений» (далее - ПМГ 06) замечаний и предложений не имеется;

2. Касательно пунктов, регулирующих вопросы принятия решений в случае поставок некачественных средств измерений на рынки государств-участников Соглашения, при наличии объективных сведений о несоответствии импортируемых средств измерений утвержденному типу в

процессе их эксплуатации в стране-импортере, низкой метрологической надежности средств измерений в процессе эксплуатации в стране-импортере (более 5 % забракованных средств измерений по результатам их поверки в стране-импортере), считаем необходимым обсудить данные пункты и уточнить план их реализации.

3. По проекту Правил по межгосударственной стандартизации «О порядке признания периодической (последующей) поверки средств измерений» направляем следующие замечания и предложения:

- исключить в наименовании и по тексту слово «*(последующей)*», так как законодательством Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений данный термин не предусмотрен;

- по пункту 2.5 сообщаем, что при признании утверждения типа средств измерений возможно одновременно признание первичной поверки, периодическая поверка может признаваться в период эксплуатации средств измерений (после признания утверждения типа). Вместе с тем сообщаем, что данный пункт несет понимание о признании межповерочного интервала, указанного в свидетельстве о поверке средств измерений, в этой связи, считаем необходимым исключить данный пункт;

- Раздел 2 «Основные положения» после пункта 2.5 дополнить пунктом следующего содержания: **«Межповерочный интервал средств измерений устанавливается в соответствии с национальным законодательством государства — участника Соглашения, признающего результаты периодической поверки средств измерений.»**;

- пункт 2.6 дополнить перечислением следующего содержания: **«- информация от национального органа по аккредитации страны-импортера об отсутствии эталонной базы»**;

- в пункте 2.6 последнее перечисление изложить в следующей редакции: **« - форму знака поверки (свидетельство о поверке и/или поверительное клеймо)»**;

- пункт 2.10 изложить в следующей редакции: **«2.10 Национальный орган размещает сведения о признании результатов периодической поверки средств измерений в национальном реестре государственной системы обеспечения единства измерений и направляет соответствующее уведомление в национальный орган государства-участника Соглашения, на территории которого заявитель осуществляет выпуск из производства средства измерений утвержденного типа, и заявителю.**

В обоснованных случаях национальный орган может принять решение об отказе в признании результатов периодической поверки. В этом случае национальный орган направляет соответствующее уведомление заявителю с указанием причины отказа в признании. Представленные документы не возвращаются.»;

- пункт 2.11 изложить в следующей редакции: **«2.11 В случае создания собственной эталонной базы для проведения метрологической оценки данных средств измерений в государстве - участнике Соглашения национальный орган этого государства-участника Соглашения вправе**

отменить решение о признании периодической поверки средств измерений с корректировкой данной информации в информационном фонде в области обеспечения единства измерений государства-участника Соглашения, на территории которого ранее было принято решение о признании результатов периодической поверки. При этом свидетельства о периодической поверке средств измерений, выданные в период признания результатов периодической поверки средств измерений в' государстве-участнике Соглашения, на территории которого была проведена периодическая поверка, признаются действующими **до окончания срока** на территории государства-участника Соглашения, осуществившего признание результатов периодической поверки.

Дополнительно направляем предложение ранее принятую формулировку в ПМГ-06: «В случае, если в методиках поверки информационно-измерительных систем (измерительных комплексов, измерительных установок) реализован метод поэлементной поверки, то СИ, входящие в их состав, должны проходить процедуру утверждения типа или его признания на территории государства – участника Соглашения. Сведения о данных СИ должны быть внесены в информационный фонд в области обеспечения единства измерений государства – участника Соглашения, осуществляющего признание. В случае, если в методиках поверки информационно-измерительных систем (измерительных комплексов, измерительных установок) реализован метод комплектной поверки, то требования об обязательном утверждении типа СИ, входящих в их состав, не предъявляются.», **дополнить словами: «При этом заявитель обязуется не поставлять СИ, входящих в состав информационно-измерительных систем на продажу как отдельные блоки для применения в сфере обеспечения единства измерений государства – участника Соглашения, осуществляющего признание.»**

Заместитель генерального директора

А. Абильда

Исп: Нузамова Г.  
Тел: +77172 79-59-84  
g.nizamova@ksm.kz