

"O'ZBEKISTON MILLIY
METROLOGIYA INSTITUTI"
DAVLAT MUASSASASI



"UZBEK NATIONAL
INSTITUTE OF METROLOGY"
STATE INSTITUTION

20__-yil __-_____

№ 10/1288

«15» марта 2024г.

**Директору
Бюро по стандартам
Черняк В.Н**

Уважаемый Владимир Николаевич,

Узбекский национальный институт метрологии (ГУ «УзНИМ»), согласно Вашему обращению от 16 февраля 2024 года № 2/91, в приложении направляет замечания и предложения к проекту ПМГ ХХ «Порядок признания результатов периодической (последующей) поверки» и предложению Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь по внесению изменений в ПМГ 06–2019 «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений».

Приложение: на 2 (двух) листах.

С уважением,

Директор



Л.Ф. Саидорипов

Исполнитель: А. Арифжанов
Тел.: +99871 150-26-10



Замечания и предложения

к проекту ПМГ «Порядок признания результатов периодической (последующей) поверки» и предложениям Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь.

Узбекским национальным институтом метрологии рассмотрены предложения Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь о внесении изменений в ПМГ 06-2019 «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений» и проект правил по межгосударственной стандартизации ПМГ XX «Порядок признания результатов периодической (последующей) поверки».

1 По проекту ПМГ XX «Порядок признания результатов периодической (последующей) поверки» имеются следующие замечания и предложения:

по документу в целом

Предлагается из названия и текста документа исключить слово «последующей».

Обоснование:

По OIML V 1:2022 [Международный словарь терминов по законодательной метрологии (VIML)] под понятием «последующая поверка» понимается любая «поверка средства измерений после предыдущей поверки».

В данном случае понятие «последующая поверка» средств измерений (СИ) является **обобщающим понятием**, включающим по РМГ 29-2013 помимо обязательной периодической поверки (подвергаются **все экземпляры** СИ утвержденного типа по истечении установленного интервала времени), еще и внеочередную и инспекционную поверки (подвергаются в определенных случаях только **отдельные экземпляры** СИ этого типа).

В рамках рассматриваемого проекта ПМГ имеет смысл признание результатов именно **периодической поверки**.

В предлагаемой Госстандартом Республики Беларусь редакции проекта ПМГ понятие «последующая» выступает как синоним понятия «периодическая», хотя смысл указанных понятий различен.

по пункту 2.6

Предлагается в третьем перечислении слова «национальному первичному эталону» заменить словами «национальному исходному эталону».

Обоснование:

Не все государства-участники Соглашения обладают первичными эталонами единиц. В то же время национальным исходным эталоном в стране может быть утвержден как первичный эталон, так и вторичный или рабочий эталон.

по пункту 2.6

Предлагается после третьего перечисления дополнить пункт новым перечислением в следующей редакции:

«- справку о прослеживаемости национального исходного эталона к первичному эталону другой страны (при необходимости)» .

по пункту 2.8

Предлагается во втором перечислении второго абзаца пункта слова «национальному первичному эталону» заменить словами «национальному исходному эталону».

по Приложению А

Предлагается в перечислении б) Приложения слово «первичному» заменить словом «исходному».

по Приложению Б

Предлагается в заголовке и тексте Приложения слово «первичному» заменить словом «исходному».

2 По предложению Госстандарта Республики Беларусь по внесению изменений в ПМГ 06-2019 имеются следующие предложения:

По первому пункту о внесении изменения в пункт 2.3

Предлагаемое изменение в пункт 2.3 ПМГ 06-2019 является актуальным и считаем целесообразным в редакции Госстандарта Республики Беларусь (*в перечень представляемых документов*) внести новое перечисление:

«- копия документа подтверждающий уполномочивание».

По второму пункту, о дополнении пунктами ПМГ 06-2019

Предлагаемый Госстандартом Республики Беларусь новый раздел 3, дополнит вторым абзацем в следующей редакции.

«Сторона (или заявитель), заинтересованный в признании утверждения типа средства измерений покрывает все расходы по проведению этих испытаний»